CENTROCAL
Beratungs-, Prüf- und Kalibrierzentrum
für Temperaturmesstechnik GmbH

Datenblatt

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17200 0-000-00000-00

Technische Daten	
Typ	CC-MBK-17200
Regelsensor	Intern
Trockenblock	
Temperaturbereich	-55 ... 200 °C
Toleranz	+/- 0,4 °C
Stabilität	+/- 0,1 °C
Messzone	110...150 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 28 mm / Tiefe 150 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	-60 ... 200 °C
Auflösung	0,1 °C

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Breite	210 mm
	Höhe	380 + 50 mm
	Tiefe	300 mm
	Gewicht	Ca. 12,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse DAkkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 600 VA

CENTROCAL GmbH
Lohstraße 2, 59368 Werne
Tel.: +49 2389 409-0
Fax.: +49 2389 409-80
Mail: info@centrocal.de
Web: www.centrocal.de

Stadtsparkasse Werne
Kto.: 1420, BLZ 410 516 05
IBAN DE88 4105 1605 0000 0014 20
BIC/SWIFT: WELA DE D1 WRN
Steuer-Nr.: 333 598 801 93
USt-IdNr.: DE 1708 484 58

Eingetragen unter
HRB 1468 Lünen
Geschäftsführer:
Frank Elsenbach

Managementsystem
nach DIN EN ISO/IEC 17025
Kalibrierungen Messgröße
Temperatur
Seminare * Beratung * Service