

Datenblatt

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-37166-E 0-000-00000-00



| Technische Daten | |
|-------------------|---|
| Typ | CC-MBK-37166-E |
| Regelsensor | intern / extern |
| Oberfläche | |
| Temperaturbereich | -25...150 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 |
| Messzone | |
| Trockenblock | |
| Temperaturbereich | -35 ... 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 ... 150 mm |
| Infrarot | |
| Temperaturbereich | -35...165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
| Prüflingsaufnahme | |
| Metallhülse | Ø 60 mm / Tiefe 150 mm |
| Display | |
| Anzeige | Brillianter Farb-Touchscreen (7") Ablesewinkel 120...140° Helligkeit 400 cd / m ² Einheit °C / °F |
| Anzeigebereich | -50 ... 165 °C |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 / 0,001 °C |

| Lieferumfang | Allgemeine Daten | |
|--|---------------------|---------------------------|
| Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug PC- und Netzwerkkabel Betriebsanleitung | Breite | 210 mm |
| | Höhe | 380 + 50 mm |
| | Tiefe | 300 mm |
| | Gewicht | Ca. 10 kg |
| Zubehör optional | Spannungsversorgung | 100...240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Transportkoffer Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Oberflächen-Kalibrierhülse Externer Referenzfühler TF 255-3-300 PC-Software Netzwerk-Switch Barcode-Reader WLAN-Router DAkKS-Zertifikat Werksprüfschein | Leistungsaufnahme | Ca. 400 VA |
| | | |