CENTROCAL
Beratungs-, Prüf- und Kalibrierzentrum
für Temperaturmesstechnik GmbH

Datenblatt

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-38165-E 0-000-00000-00

Technische Daten	
Typ	CC-MBK-38165-E
Regelsensor	Intern
Trockenblock	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,1 °C
Stabilität	+/- 0,1 ... 0,05 °C
Messzone	110 ... 150 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 28 mm / Tiefe 150 mm
Display	
Anzeige	Monochromes, grafikfähiges Display, Einheiten °C / °F / K
Anzeigebereich	-50 ... 165 °C
Auflösung	0,01 °C

Lieferumfang
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung

Zubehör optional
Transportkoffer Übergangshülse Präzisions-Messinstrument PC-Software PC-Kabel DAkkS-Zertifikat Werksprüfschein

Allgemeine Daten	
Breite	153 mm
Höhe	347 mm
Tiefe	348 mm
Gewicht	Ca. 12 kg
Spannungsversorgung	100...240 VAC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA

CENTROCAL GmbH
Lohstraße 2, 59368 Werne
Tel.: +49 2389 409-0
Fax.: +49 2389 409-80
Mail: info@centrocal.de
Web: www.centrocal.de

Stadtsparkasse Werne
Kto.: 1420, BLZ 410 516 05
IBAN DE88 4105 1605 0000 0014 20
BIC/SWIFT: WELA DE D1 WRN
Steuer-Nr.: 333 598 801 93
USt-IdNr.: DE 1708 484 58

Eingetragen unter
HRB 1468 Lünen
Geschäftsführer:
Frank Elsenbach

Managementsystem
nach DIN EN ISO/IEC 17025
Kalibrierungen Messgröße
Temperatur
Seminare * Beratung * Service